

**Achtung!**

Nur zur Verwendung mit

- Prüfsteckern der PROFITEST MASTER-Reihe
- Prüfsteckern der PROFITEST PRIME-Reihe
- PRO PRIME SCHUKO (Z506K)
- EL1 (Z723A)

Lesen und befolgen Sie zur Verwendung die Produktdokumentation des zugehörigen Prüfgerätes. Die Verwendung für andere Zwecke ist nicht zulässig.

**Attention!**

Only for use with

- test plugs of the PROFITEST MASTER series
- test plugs of the PROFITEST PRIME series
- PRO PRIME SCHUKO (Z506K)
- EL1 (Z723A)

For usage, read and adhere to the product documentation of the associated instrument. The use for other purposes is not permissible.

Umgebungsbedingungen/Ambient Conditions EN 61010-31

Temperatur / Temperature: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Relative Luftfeuchte / Relative Humidity: max. 75 %

Verschmutzungsgrad/Contamination Degree: 2



GOSSEN METRAWATT
Gossen Metrawatt GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-111
Fax +49 911 8602-777
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com